

Warszawa, 12.08.2020

WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA (odpowiedzi na zapytania oferentów) DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/08/2020

Pytania z dnia 12.08.2020 [treść oryginalna]

1. Czy Zamawiający pisząc "ochrona przeciwpożarowa" odnosi się do ochrony ogniowej szafek pod dygestorium? Jeśli tak, jaka długość ochrony w minutach jest wymagana? Najczęściej stosowanym wariantem jest ochrona 90-dniowa.

Zamawiający wymaga, aby zostały spełnione normy bezpieczeństwa użytkowania PN-EN 14175 oraz DIN 12924. Zamawiający nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie poza standardowymi rozwiązaniami ochrony przeciwpożarowej, w tym szafek pod dygestorium.

2. Czy Zamawiający dopuści wykonane ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej farbą chemoodporną? Takie rozwiązanie w zupełności jest bezpieczne, odporne, a dodatkowo daje możliwość ruchu okna przy niewielkim nakładzie siły.

Tak, okno wykonane ze szkła osadzonego w aluminiowej ramie.

3. Zamawiający nie określa czy w dygestorium wymagany jest zlew i z czego miałby być wykonany. Sugestia 2x woda sugeruje, że takowy powinien znajdować się na wyposażeniu dygestorium. Z uwagi na blat i wyłożenie komory ceramiką - czy Zamawiający wymaga, aby zlewik również był ceramiczny?

Tak, zlew ceramiczny pod dwoma kranami