

Projekt 1/2017 „Green Goods”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Bridge Alfa realizowanego z Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 - 2020

---

Warszawa, 13.08.2020

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/08/2020 (Dostawa aparatury laboratoryjnej – Zestaw do oczyszczania wody)**

### **Pytania z dnia 13.08.2020 [treść oryginalna]**

---

Czy dopuszczą Państwo urządzenie w którym:

1. dopuszczalna przewodność wody zasilającej do 1500  $\mu$  S/cm w 25° C?
2. wyposażoną w worek do przechowywania wody po membranie odwróconej osmozy o pojemności 5l, woda ultraczysta podawana „na żądanie” niweluje to konieczność czyszczenia zbiornika w przyszłości.

Ad. 1 – tak

Ad.. 2 – tak