

Warszawa, 10.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/08/2020 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Pytania z dn. 10.08.2020

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki stołowej / nablutowej, spełniającej wszystkie pozostałe wymagane parametry?

Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę stołową / nablutową, pod warunkiem dostarczenia wraz z zamówieniem stołu pasującego do urządzenia. Cenę stołu należy uwzględnić w cenie ofertowej, a wraz ze specyfikacją wirówki dołączyć specyfikację stołu.

2. Czy Zamawiający wymaga wirówki z chłodzeniem w zakresie od - 20 °C do + 40 °C, przy czym dla rotora 4 x 1000 ml ma być osiągalna temperatura poniżej +4 °C?

Zamawiający wymaga wirówki pracującej w trybie termostatowanym, przy czym dla rotora 4 x 1000 ml może być to temperatura powyżej 4 stopni.