

Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 – 2020

---

Warszawa, 10. 11. 2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/11/2020 (ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW)

### **Pytania z dnia 10.11.2020 r.**

**1. Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr mikroobjętościowy wyposażony w układ wprowadzania próbek, w którym wymagana objętość wynosi 1 uL lub 2 uL?**

Zamawiający dopuszcza pomiar próbek we wskazanych objętościach.

**2. Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr mierzący w zakresie 220-800 nm, umożliwiającym wyznaczenie stężenia białek czy kwasów nukleinowych znanymi powszechnie literaturowo metodami pomiarowymi.**

Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu pomiarowego urządzenia, do wskazanego zakresu (220 - 800 nm).