

*Projekt POIR.01.01.01-14-1246/17 p.t. „SO3NG - Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 - 2020*

---

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW NR 1 Z DNIA 11.03.2021**

**Pytanie nr 1: Czy Zamawiający mógłby sprecyzować o jakie butelki chodzi w poz. 47 - szklane, z tworzywa, do zestawu filtracyjnego, jeżeli tak to do jakiego? Czy chodzi o kolby próżniowe?**

Odpowiedź: W pozycji nr 47 jest mowa o próżniowym - sterylnym systemie do filtracji z membraną z PES, wielkość porów 0,2 µm - 90 mm - dla butelek 1000 ml - 12 szt